GR

IV3000°

Επίδεσμος που ανθίστανται στην υγρασία του καθετήρα

Περιγραφή
Το IV3000° είναι ένας επίδεσμος που ανθίστανται στην υγρασία διαφανούς μεμβράνης ειδικά σχεδιασμένος για να καλύπτει τις ανοίγεις της κάθετηρας του καθετήρα και της προστασίας του χώρου IV.

Μέθοδος δράσης
Το IV3000 είναι κατασκευασμένο από μια μοναδική ταινία REACTIC°, η οποία είναι μια εξαιρετικά πορώδης ταινία και έχει υψηλό βαθμό διαπερατότητας υδρατμών (MVTR). Η ταινία είναι ανθεκτική στο νερό και παρέχεται ως φραγμός σε βακτήρια και ιούς. Ενώ η επίθεμα παραμένει άθικτο, προστατεύει τη θέση της ενδοφλέβιας έγχυσης από εξωτερική μόλυνση. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες οι περιοχές καθετηριασμού παραμένουν πιο στεγνές, ο αποκομιδές και η υγρανση του δέρματος περιορίζονται, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης που σχετίζεται με τον καθετήρα. Επιπλέον, η εφαρμογή του επιθέματος είναι πραγματοποιείται εύκολα και ασφπτικά, ενώ μειώνει τον πόνο κατά την αφαίρεση. Το επίθεμα IV3000 καλύπτεται από καλλπτική ουσία που δεν προκαλεί ερεθισμό ή ευαισθητοποίηση. Μαζί με τα επιθέματα παρέχονται επίσης στείρες ταινίες ασφάλισης για ιατρική χρήση και μία επικέτα τεκμηρίωσης.

Ενδείξεις
Κατάλληλο για την ασφάλιση καθετήρων χωρίς πώλες.

Οδηγίες χρήσης
Καθαρίστε και στεγνώστε σχολαστικά την περιοχή εφαρμογής σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες.
1. Αφαιρέστε τις ταινίες ασφάλισης από τον τυπωμένο χάρτινο φορέα (1) και εφαρμόστε όπως απεικονίζεται, εξασφαλίζοντας ότι οι ταινίες δεν καλύπτουν τη θέση εισαγωγής. Οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιούνται με τα φτερά του καθετήρα (2), δημιουργία για τη βελτίωσή της ασφάλειας για να εξασφαλίζεται η σωλήνωση ή η σταθεροποίηση των αυλών των καθετήρων. Αφαιρέστε τη στρώση (1) από το επίθεμα.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί (2) στην κατεύθυνση που δείχνει το διάγραμμα. Επικεντρώστε τον επίδεσμο πάνω από το σημείο εισόδου του καθετήρα.
3. Τοποθετήστε τον επίδεσμο πάνω στο κεντρικό σημείο του καθετήρα και επικολλήστε τον επίδεσμο πάνω στο δέρμα του ασθενούς εξομαλύνοντας ελάχιστες πτυχώσεις του προϊόντος. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα του προστατευτικού χαρτιού (3).
4. Αφαιρέστε τον διαφανή τυπωμένο φορέα (4) σηκώνοντας τη μη αυτοκολλητη καρτέλα στο άκρο του επιθέματος και τραβώντας διαγώνια μέχρις ότου ο φορέας έχει αφαιρεθεί.

Διαθεσιμότητα προϊόντος

Κωδικός	Μέγεθος	Ένδειξη	Διαθεσιμότητα	Με πώλη
4007	6 cm x 7 cm	Περιφερικοί καθετήρες	Συσκευασία των 100	Όχι
4008	10 cm x 12 cm	Κεντρικοί καθετήρες	Συσκευασία των 50	Όχι
66004005	10 cm x 12 cm	Κεντρικοί καθετήρες	Συσκευασία των 10	Όχι

Άλλα διαθέσιμα προϊόντα IV3000

Κωδικός	Μέγεθος	Ένδειξη	Διαθεσιμότητα	Με πώλη
66004011	5 cm x 6 cm	Περιφερικοί καθετήρες	Συσκευασία των 100	Ναι
4006	7 cm x 9 cm	Περιφερικοί καθετήρες	Συσκευασία των 100	Ναι
66004009	9 cm x 12 cm	Περιφερικοί και κεντρικοί καθετήρες	Συσκευασία των 50	Ναι
66800512	11 cm x 14 cm	Περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί καθετήρες	Συσκευασία των 25	Ναι

*Εμπορικά σήματα της Smith & Nephew. Ημερομηνία έκδοσης 10/2022. Αναθεώρηση 01. Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. www.smith-nephew.com/patents

5. Χρησιμοποιήστε την ταινία γύρω από τον καθετήρα για να αλλοιώσουν τις εφαρμογή του επιδέσμου.
6. Σύμφωνα με τα τοπικά κλινικά πρωτόκολλα, οι ασθενείς μπορούν να καταγράφονται με ένα στυλό πάνω στην επάνω επιφάνεια του επιθέματος, διασφάλιση ότι δεν έρχεται σε επαφή με τον χώρο εισόδου του καθετήρα.
7. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν επίδεσμο, μην αφήνετε τους επιδέσμους να αλληλεπικαλύπτονται.

Αφαίρεση
Το επίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 7 ημέρες. Αφαιρέστε τον επίδεσμο, χαλαρώνοντας την ταινία και τεντώνοντας τον επίδεσμο, παράλληλα με το δέρμα του ασθενούς με παράλληλη σταθεροποίηση του καθετήρα στο δέρμα του ασθενούς με το άλλο χέρι. Εφαρμόστε τα κατάλληλα σύμφωνα με το τοπικό κλινικό πρωτόκολλο.

Αντενδείξεις
Οι ταινίες στερέωσης και η επικέτα τεκμηρίωσης δεν σχεδιάστηκαν ως υποκατάστατο για ράμματα ή άλλες πρωτογενείς μεθόδους για κλείσιμο των πληγών.

Προειδοποιήσεις
Χρησιμοποιήστε το μόνο σε προετοιμασμένο ξηρό δέρμα. Μην στοίβαζετε τους επιδέσμους και μην αφήνετε τους επιδέσμους να αλληλεπικαλύπτονται. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να παρακολουθείτε τον επίδεσμο και τον χώρο του καθετήρα για να επιβεβαιώσετε την ασφαλή προσκόλλησή του και τη συνεχή κανονική έγχυση, ειδικά μετά το μπάνιο, το ντους ή εάν ο επίδεσμος και ο χώρος του καθετήρα βραχούν. Εάν οι επιδεσμοι ξεκολλήσουν, διευθετήστε ώστε να εξασφαλίζεται την ορθή τοποθέτηση του καθετήρα και ότι δεν υπάρχει μη κανιούργια γάζα. Όπως με όλα τα αυτοκόλλητα προϊόντα, να εφαρμόζετε και να αναμένετε προσεκτικά από το ευαίσθητο ή εύθραυστο δέρμα. Αν παρουσιαστεί κοκκινίδα ή ευαισθησιασμός, διακόψτε τη χρήση του. Το επίθεμα IV3000 είναι προϊόν μίας μόνο χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί. Μπορεί να παρουσιαστεί διαστρωματοποίηση μόλυνση και η θερμαπία να είναι αναποτελεσματική.

Τα επιθέματα προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Εάν κατά τη διάρκεια χρήσης αυτού του προϊόντος, θεωρείτε ότι παρουσιάτηκε ένα σοβαρό περιστατικό, θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή σας.
complaints@smith-nephew.com

HU

IV3000°

Nedvességre reagáló katéter-kötszer

Leírás
Az IV3000° kötszerek nedvességre reagáló átlátszó filmkötszerek, amelyeket kifejezetten a katéterrögzítő és intravénás infúziós helyek megóvására terveztek.

Hatásmód
Az IV3000 kötszerek egyedileg tervezett, légáteresztő és magas nedvesség- gőz átbocsátású szerkezettel rendelkeznek (MVTR) rendelkező REACTIC° filmből készülnek. A film vízálló, és baktériumok, valamint vírusok elleni védőréteget biztosít. Miközben a kötszer ép marad, segít megóvni az intravénás infúziós helyet a külső szennyeződéstől. Ezek a jellemzők szárazabb katéterzónái helyeket eredményeznek, együttal minimalizálják a bőr macerációjának és a kolonizációjának a kockázatát, ezzel pedig segítenek minimalizálni a katéterrel kapcsolatos fertőzések kockázatát. Továbbá könnyen, aszeptikusan felhelyezhető, valamint minimalizálja az eltávolításkor tapasztalt fájdalmat. Az IV3000 kötszereket nem irritáló, nem érzékenyítő ragasztóval vonták be. A kötszerekhez orvosi minőségű, steril rögzítőpántokat és dokumentációs címkét is mellékelnek.

Javallatok
Csatlakozónyílással nem rendelkező katéterek rögzítésére alkalmas.

Használati utasítás
Tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg az alkalmazási területet a normál eljárások szerint.
1. Távolítsa el a rögzítőszalagokat a nyomtatott hordozópapírtól (1), és azokat szükség szerint helyezze fel, miközben gondoskodik róla, hogy a szalagok ne fedjék el a bevezetési helyet. A szalagok a katéterek szárnyain és kónuszain fokozzák a biztonságos használatot, illetve rögzítik a csővezetékeket, vagy stabilizálják a csőrendszert is.
2. Távolítsa el a hordozópapírt (2) a kötszerről.
3. Távolítsa el a védőpapírt (2) az ábrán feltüntetett irányban. Helyezze középre a kötszert a katéter bevezetési helye felett.
4. Helyezze a kötszert a katéter környszára, és egaszassa a kötszert a beteg bőrére, miközben biztosítja, hogy a termék ne gyűrődjön. Távolítsa el a fennmaradó védőpapírt (3).
5. Távolítsa el a nyomtatott, átlátszó hordozópapírt (4) azáltal, hogy megemeli a nem ragadós fület a kötszer végén, és átlósan húzza annak eltávolításáig.

Kiszerelés

Kód	Méret	Javallat	Kiszerelés	Csatlakozónyílással ellátott
4007	6 cm x 7 cm	Perifériás katéterek	Kartononként 100 db	Nem
4008	10 cm x 12 cm	Centrális katéterek	Kartononként 50 db	Nem
66004005	10 cm x 12 cm	Centrális katéterek	Kartononként 10 db	Nem

Egyéb elérhető IV3000 termékek

Kód	Méret	Javallat	Kiszerelés	Csatlakozónyílással ellátott
66004011	5 cm x 6 cm	Perifériás katéterek	Kartononként 100 db	Igen
4006	7 cm x 9 cm	Perifériás katéterek	Kartononként 100 db	Igen
66004009	9 cm x 12 cm	Perifériás és centrális katéterek	Kartononként 50 db	Igen
66800512	11 cm x 14 cm	Perifériásan behelyezett centrális katéterek	Kartononként 25 db	Igen

*Smith & Nephew védjegyei. Kiadás dátuma 10/2022. Felülvizsgálat 01. Erre a termékre egy vagy több egyesült államokbeli szabadalom vonatkozhat. www.smith-nephew.com/patents

5. Similsa a filmet a katéter köré a kötszer felhelyezéséhez bebújeszéséhez.
6. A helyi klinikai protokolloknak megfelelően az információk golyóstollal helyezhetők a dokumentációs címkére a hordozóról (1) való eltávolítás előtt, majd az elhelyezhető a beteg nyílvántartásában, a bőrön vagy a kötszeren
(a katéter bevezetési helyének letakarása nélkül).
7. Ha egynél több kötszert használ, ne hagyja, hogy azok fedjék egymást.

Eltávolítás
A kötszer legfeljebb 7 napig használható. Távolítsa el a kötszert azáltal, hogy meglazítja a filmet, és a kötszert a beteg bőrével párhuzamosan húzza, miközben a másik kezével stabilizálja a beteg bőrét és a katétert. A helyi klinikai protokollnak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ellenjavallatok
A rögzítőszalagok és a dokumentációs címke használata nem javallott vartalok vagy más elsődleges sebzárási módszerek helyettesítésére.

Óvintézkedések
Kizárólag előkészített, száraz bőrön használja. Ne helyezzen egymásra kötszereket, és ne hagyja, hogy a kötszerek fedjék egymást. Időről-időre ellenőrizze a kötszer és a katéter helyét a stabil rögzítés és a folyamatosan megfelelő infúzió megerősítésére. Különösen fürdést és zuhanyzást követően, vagy amennyiben a kötszer és a katéter helye nedvessé válik. Ha a kötszer elvált, értékelje, hogy megfelelő-e a katéter elhelyezése, majd pedig helyezzen fel új kötszert. Mint minden öntapadó termék esetén, óvatosan kell felhelyezni és eltávolítani az érzékeny vagy sérülékeny bőrről. Ha bőrirritáció vagy túlérzékenység lép fel, hagyja abba a használatát. Az IV3000 kötszerek egyszer használatos termékek, amelyek nem használhatók fel újra.
Keresztszennyeződés léphet fel, és a terápia hatástalan lehet.

A kötszereket csak egészségügyi szakemberek használhatják.

Amennyiben úgy vélí, hogy a használat során súlyos várattan esemény történt, kérjük, jelentse a gyártónak és az Ön országában illetékes hatóságnak.
complaints@smith-nephew.com

LV

IV3000°

Ūdensdroša katetru fiksācijas plēve

Apraksts
IV3000° pārsienamie materiāli ir uz mitrumu reaģējoši caurspīdīgas plēves pārsēji, kas īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu katetra fiksācijas un i.v. vietas aizsardzības vajadzības.

Darbības veids
IV3000 pārsēji ir izgatavoti no unikāli izstrādātas REACTIC° plēves, kas ir elpojoša un ar augstu mitruma vaiku caurlaidības ātrumu (MVTR). Plēve ir ūdensizturīga un nodrošina baktēriju un vīrusu barjeru. Kamēr pārsējs paliek neskarts, tas palīdz aizsargāt i.v. vietu no ārējā piesārņojuma. Šīs īpašības nodrošina sausākas katetra vietas, samazinot bādas macerācijas un ādas kolonizācijas risku, tādējādi palīdzot samazināt ar katetru saistītas infekcijas risku. Turklāt to var viegli, aseptiski uzklāt, un tiek samazinātas sāpes noņemšanas laikā. IV3000 pārsēji ir pārklāti ar nekairinošu, jutīgumu neizraisošu līmi. Kopā ar pārsējiem komplektācijā iekļautas arī medicīniskas kvalitātes sterilas stiprinājuma lūksnes un dokumentācijas etiķetes.

Indikācijas
Piemērots neporēto katetru nostiprināšanai.

Lietošanas pamācība
Notīriet un rūpīgi nosusiniet uzklāšanas vietu saskaņā ar parastajām procedūrām.
1. Noņemiet stiprinājuma slokšnes no apdrukātā nesējpapīra (1) un uzklājiet pēc vajadzības, nodrošinot, ka slokšnes neaizsedz ieviešošanas vietu. Slokšnes var izmantot uz katetra spārniem vai centra, lai uzlabotu drošību, nostiprinātu caurules vai stabilizētu katetra lūmenus. Noņemiet turētāju (1) no pārsēja.
2. Noņemiet aizsargpapīru (2) diagrammā norādītajā virzienā. Centrējiet pārsēju virs katetra ieviešošanas vietas.
3. Novietojiet pārsēju uz katetra centra un plestiprīniet pārsēju pie pacienta ādas, nodrošinot minimālu produkta krokošanos. Noņemiet atlikušo aizsargpapīru (3).
4. Noņemiet apdrukāto caurspīdīgo turētāju (4), pacelot neliposo mētli pārsēja galā un velkot pa diagonāli, līdz turētājs tiek noņemts.
5. Apvelciet plēvi ap katetru, lai pabeigtu pārsēja uzlikšanu.
6. Saskaņā ar vietējiem klīniskajiem protokoliem informāciju var pierakstīt ar lodīšu pildspalvu uz dokumentācijas etiķetes uz ādas vai pārsēja (1) (neaizsedzot skatu uz katetra ieviešošanas vietu) pirms izņemšanas no turētāja un ieviešošanas pacienta piezīmēs.
7. Ja izmantojat vairāk nekā vienu pārsēju, nelaujiet pārsējiem pārklāties.

Noņemšana
Pārsēju var lietot līdz 7 dienām. Noņemiet pārsēju, atbrīvojot plēvi un izstiepjot pārsēju paralēli pacienta ādai, vienlaikus stabilizējot pacienta ādu un katetru ar otru roku. Izmetiet saskaņā ar vietējo klīnisko protokolu.

Kontrindikācijas
Nostiprināšanas slokšnes un dokumentācijas etiķete nav indicētas kā aizvietošana šuvēm vai citām primārā brūču aizvēršanas metodēm.

Piesardzības pasākumi
Lietojiet tikai uz sagatavotas sausas ādas. Nelieciet pārsējus vienu virs otra un neļaujiet tiem pārklāties. Periodiski pārraugiet pārsēja un katetra vietu, lai pārliecinātos, ka tas ir droši piestiprināts, un turpmāku pareizu infūziju. Īpaši pēc mazgāšanās vannā, dušā vai ja pārsējs un katetra vieta kļūst mitra. Ja pārsējs atdalās, novērtējiet, lai nodrošinātu pareizu katetra novietojumu, pēc tam uzlieciet jaunu pārsēju. Tāpat kā visus līpošus produktus, uzlieciet un noņemiet uzmanīgi no jutīgas vai trauslas ādas. Ja parādās apsārtums vai sensibilizācija, pārtrauciet lietošanu. IV3000 pārsēji ir vienreiz lietojams produkts, un tos nedrīkst lietot atkārtoti. Var rasties savstarpējs piesārņojums, un terapija var nebūt efektīva.

Pārsēji ir paredzēti lietošanai tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Ja uzskatāt, ka šīs ierīces lietošanas laikā notikis nopietns negadījums, lūdzu, ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei.
complaints@smith-nephew.com

LT

IV3000°

Drėgmei jautrus keterio tvarstis

Aprašas
Tvarsčiai „IV3000™" yra į drėgmę reaguojantys skaidrios plėvelės tvarsčiai, specialiai skirti keterio tvirtinimo ir įvedimo į veną vietos apsaugos reikmėms.

Veikimo būdas
Tvarsčiai „IV3000" yra pagaminti iš unikalios sudėties plėvelės „REACTIC™", kuri praleidžia orą ir pasižymi dideliu drėgmės garų pralaidumu (MVTR). Plėvelė neliaidi vanduniui ir sudaro bakterijų ir virusų barjerą. Kol tvarstis lieka nepažeistas, jis padeda apsaugoti įvedimo į veną vietą nuo išorinės taršos. Dėl šių savybių keterio įvedimo vieta lieka sausesnė, todėl sumažėja odos maceracijos ir kolonizacijos rizika, o tai padeda sumažinti su kateteriu susijusios infekcijos riziką. Be to, jį galima lengvai aseptiškai užklijuoti, o nuimant sukeliamas mažesnis skausmas. Tvarsčiai „IV3000" yra padengti nedirginančiais, nejautrinančiais klijais. Su tvarsčiai pateikiamos medicininės klases sterilios priteminimo juostelės ir informacijos etiketė.

Indikacijos
Tinka neporiniams kateteriams tvirtinti.

Naudojimo nurodymai
Nuvalykite ir stropiai nusausinkite tvarstomą vietą pagal įprastas procedūras.
1. Nuo laikmens popieriaus su išspausdintinis informacija nulupkite laikomąsias juosteles (1) ir prikljuokite, kaip reikia, pasirūpindami, kad juostelės neuždengtų įvedimo vietos. Juosteles galima užklijuoti ant keterio spamenių arba centrinės dalies, kad jie geriau laikytųsi, vamzdeliams priltvirtinti arba keterio kanalams stabilizuoti. Nuo tvarsčio nulupkite laikmenį (1).
2. Paveikslėlyje parodyta kryptimi nulupkite apsauginį popierių (2). Tvarsčio viduryj nustatykite ties kateterio įvedimo vieta.
3. Užděkite tvarstį ant kateterio centrinės dalies ir prikljuokite prie paciento odos, stengdamiesi kuo mažiau sulanksty gaminį. Nulupkite likusią apsauginio popieriaus dalį (3).
4. Pašalinkite permatomą laikmenį su išspausdinta informacija (4) pakeldami neliprią auselę tvarsčio krašte ir traukdami įstrižai, kol sluoksnis bus pašalintas.
5. Apsukite plėvelę aplink kateterį ir tvarsčio priklijavimas bus baigtas.
6. Laikantis vietos klinikinių protokolų, informacija tušinuku gali būti užrašyta ant informacijos etiketės, prieš nulupant nuo laikmens (1) ir užklijuojant ant pacientos užrašų, ant odos arba ant tvarsčio (neuždengiant kateterio įvedimo vietos).
7. Jeigu naudojamas daugiau kaip vienas tvarstis, neleiskite jiems persidengti.

Nuėmimas
Tvarstį galima naudoti iki 7 dienų. Nuimkite tvarstį atlaisvindami plėvelę ir tempdami tvarstį lygiagrečiai pacientui odos, kita ranka prilaikydami paciento odą ir kateterį. Pašalinkite pagal vietos klinikinį protokolą.

Kontraindikacijos
Laikomosios juostelės ir informacijos etiketė nėra skirtos naudoti vietoje siūlių arba kitų pagrindinių žaizdos užvėrimo priemonių.

Atsargumo priemonės
Naudokite tik ant paruoštos sausos odos. Nedėkite tvarsčių vienas ant kito ir neleiskite tvarsčiams persidengti.
Periodiškai stebėkite tvarstį ir kateterio vietą, kad įsitikintumėte, jog jie gerai laikosi ir infuzija toliau vyksta tinkamai, ypač po maudymosi, prausimosi po dušu ir jeigu tvarstis ir kateterio vieta sušlampa. Jeigu tvarstis atlimpa, įvertinkite, ar tinkamai nustatėte kateterio padėtį, ir uždėkite naują tvarstį. Kaip ir visus lipnius gaminius, atsargiai klijuokite ir nuimkite nuo jautrios arba lengvai pažeidžiamos odos. Jeigu atsiranda paraudimas arba padidėja jautrumas, nustokite naudoti. Tvarsčiai „IV3000" yra vienkartinio naudojimo gaminys ir negali būti naudojami pakartotinai. Gali atsirasti kryžminis užtersimas ir gydymas gali būti neveiksmingas.

Tvarsčiai skirti naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.

Jeigu manote, kad naudojant šią priemonę įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo šalies kompetentingai institucijai.
complaints@smith-nephew.com



EN

IV3000°

Moisture responsive catheter dressing

Description
IV3000° Dressings are moisture responsive transparent film dressings specifically designed to meet the needs of catheter fixation and IV site protection.

Mode of action
IV3000 Dressings are made from a uniquely designed REACTIC° film, which is breathable and has a high moisture vapour transmission rate (MVTR). The film is waterproof and provides a bacterial and viral barrier. While the dressing remains intact, it helps protect the IV site from outside contamination. These properties result in drier catheter sites, minimising the risk of skin maceration and skin colonization, thus helping to minimise the risk of catheter related infection. Further, it can be applied easily, aseptically, and minimises pain on removal. IV3000 Dressings are spread with a non-irritating, non-sensitising adhesive. Medical grade sterile securing strips and a documentation label are also provided with the dressings.

Indications
Suitable for securing non-ported catheters.

Instructions for use
Clean and thoroughly dry the application area in accordance with normal procedures.
1. Remove the securing strips from the printed carrier paper (1) and apply as required, ensuring that the strips do not cover the insertion site. The strips can be used on the catheter wings or hub for improved security, to secure tubing or to stabilise catheter lumens. Remove carrier (1) from dressing.
2. Remove the protector paper (2) in the direction indicated in the diagram. Centre the dressing over the catheter insertion site.
3. Place the dressing on the catheter hub and adhere the dressing to the patient's skin ensuring minimal creasing of the product. Remove the remaining protector paper (3).
4. Remove the printed transparent carrier (4) by lifting the non-adhesive tab at the end of the dressing and pulling diagonally until the carrier is removed.
5. Mould the film around the catheter to complete dressing application.
6. In accordance with local clinical protocols, information may be recorded with a ballpoint pen on the documentation label before removing from the carrier (1) and being placed in the patient's notes, on the skin or the dressing (without obscuring the view of the catheter insertion site).
7. If using more than one dressing, do not allow the dressings to overlap.

Removal
Dressing can be used for up to 7 days. Remove dressing by loosening the film and stretching the dressing parallel to the patient's skin while stabilising the patient's skin and catheter with the other hand. Dispose of according to local clinical protocol.

Contraindications
The securing strips and documentation label are not indicated as a replacement for sutures or other primary wound closure methods.

Precautions
Use on prepared dry skin only. Do not stack dressings, or allow dressings to overlap. Periodically monitor the dressing and catheter site to confirm secure attachment and continued proper infusion, especially after bathing,showering, or if the dressing and catheter site becomes wet. If the dressing detaches, evaluate to ensure proper catheter placement then apply a new dressing. As with all adhesive products, apply and remove carefully from sensitive or fragile skin. If reddening or sensitisation occurs, discontinue use. IV3000 Dressings are a single use product and should not be re-used. Cross-contamination can occur and the therapy may be ineffective.

Dressings are for healthcare professional use only.

If during use of this device you believe that a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and your competent authority.
complaints@smith-nephew.com

Product Availability

Code	Size	Indication	Availability	Ported
4007	6cm x 7cm 2¾in. x 2¾in.	Peripheral catheters	Carton of 100	No
4008	10cm x 12cm 4in. x 4¾in.	Central catheters	Carton of 50	No
66004005	10cm x 12cm 4in. x 4¾in.	Central catheters	Carton of 10	No

Other IV3000 Products Available

Code	Size	Indication	Availability	Ported
66004011	5cm x 6cm 2in. x 2¾in.	Peripheral catheters	Carton of 100	Yes
4006	7cm x 9cm 2¾in. x 3½in.	Peripheral catheters	Carton of 100	Yes
66004009	9cm x 12cm 3½in. x 4¾in.	Peripheral and central catheters	Carton of 50	Yes
66800512	11cm x 14cm 4½in. x 5½in.	Peripherally inserted central catheters	Carton of 25	Yes

*Trade Marks of Smith & Nephew. Date of issue 10/2022. Revision 01. This product may be covered by one or more US Patents.
www.smith-nephew.com/patents

18701920 10601664 37058

PL

IV3000°

Opatrunek foliowy, służący do umocowywania i ochrony cewnika

Opis
Opatrunek IV3000° jest opatrunkiem z przezroczystej folii, przeznaczonym w szczególności do spełniania potrzeby stabilizacji cewnika i ochrony miejsca podawania infuzji dożylnej.

Sposób działania
Opatrunek IV3000 jest wykonany z unikalnej folii REACTIC° o dużej przepuszczalności powietrza i pary wodnej (MVTR). Folia jest wodoodporna i nieprzepuszczalna dla bakterii i wirusów. Gdy opatrunek pozostaje nienaruszony, chroni miejsce podawania infuzji dożylnej przed zewnętrznym zanieczyszczeniem. Dzięki tym właściwościom miejsca wkłucia cewnika są bardziej suche, maceracja skóry jest ograniczona i występuje mniejsza kolonizacja skóry, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażeń związanych z cewnikiem. Ponadto opatrunek można łatwo nakładać, stosując aseptyczną technikę, a ból podczas usuwania jest ograniczony do minimum. Opatrunek IV3000 jest nakładany przy użyciu niedrażniącego i niepowodującego nadwrażliwości kleju. Do opatrunku dołączone są także jałowe paski mocujące klasy medycznej i etykieta dokumentacyjna.

Wskazania
Odpowiedni do zabezpieczania cewników bez portu.

Instrukcja używania
Zgodnie z normalnymi procedurami oczyścić i dokładnie osuszyć obszar, na którym ma być założony opatrunek.
1. Usunąć paski zabezpieczające z zadrukowanego papieru nośnego (1) i założyć zgodnie z wymaganiem, upewniając się, że paski nie zakrywają miejsca wkłucia. Paski można używać do skrzydełkach lub kielichu cewnika w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zabezpieczenia drenów lub stabilizacji kanałów cewnika. Usunąć nośnik (1) z opatrunku.
2. Usunąć papier ochronny (2) w kierunku pokazanym na schemacie. Wyśrodkować opatrunek nad miejscem wkłucia cewnika.
3. Umieścić opatrunek na kielichu cewnika i przykleić opatrunek do skóry pacjenta, upewniając się, że produkt nie uległ dużemu zagnieceniu. Usunąć pozostały papier ochronny (3).
4. Usunąć nadrukowany przezroczysty nośnik (4), unosząc nieprzylepną końcówkę na końcu opatrunku i pociągając po przekątnej, aż nośnik zostanie usunięty.

Dostępność produktu

Kod	Wymiary	Wskazanie	Dostępność	Z portem
4007	6 cm x 7 cm	Cewniki obwodowe	Kartonik zawiera 100 sztuk	Nie
4008	10 cm x 12 cm	Cewniki centralne	Kartonik zawiera 50 sztuk	Nie
66004005	10 cm x 12 cm	Cewniki centralne	Kartonik zawiera 10 sztuk	Nie

Inne dostępne produkty IV3000

Kod	Wymiary	Wskazanie	Dostępność	Z portem
66004011	5 cm x 6 cm	Cewniki obwodowe	Kartonik zawiera 100 sztuk	Tak
4006	7 cm x 9 cm	Cewniki obwodowe i centralne	Kartonik zawiera 100 sztuk	Tak
66004009	9 cm x 12 cm	Cewniki obwodowe i centralne	Kartonik zawiera 50 sztuk	Tak
66800512	11 cm x 14 cm	Cewniki centralne zakładane przez żyły obwodowe	Kartonik zawiera 25 sztuk	Tak

*Znaki towarowe firmy Smith & Nephew. Data wydania 10/2022. Rewizja 01. Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem amerykańskim. www.smith-nephew.com/patents

RO

IV3000°

Folie protectoare cu control al umidității pentru protecția cateterelor

Descriere
Pansamentele IV3000° sunt pansamente cu peliculă transparentă, sensibile la umiditate, proiectate special pentru a îndeplini cerințele de fixare a cateterului și de protecție a zonei de perfuzie.

Mod de funcționare
Pansamentele IV3000 sunt fabricate dintr-o peliculă REACTIC° cu proiectare unică, care este respirabilă și are o rată ridicată de transmitere a vaporilor de umiditate (MVTR). Pelicula este impermeabilă și asigură o barieră bacteriană și virală. În timp ce pansamentul rămâne intact, acesta ajută la protejarea locului de administrare a perfuziei împotriva contaminării externe. Aceste proprietăți au ca rezultat locuri de cateterizare mai uscate, reducând la minimum riscul de macerare a pielii și de colonizare a pielii, contribuind astfel la minimizarea riscului de infecție legată de cateter. În plus, poate fi aplicat ușor, aseptic și reduce la minimum durerea la îndepărtare. Pansamentele IV3000 sunt acoperite cu un adeziv neiritant, nesensibilizant. Benzile de fixare sterile de calitate medicală și o etichetă de documentare sunt, de asemenea, furnizate împreună cu pansamentele.

Indicații
Adecvate pentru fixarea cateterelor fără porturi.

Instrucțiuni de utilizare
Curățați și uscați bine zona de aplicare în conformitate cu procedurile normale.
1. Îndepărtați benzile de fixare de pe hârtia suport imprimată (1) și aplicați-le după cum este necesar, asigurându-vă că benzile nu acoperă locul de inserție. Benzile pot fi utilizate pe aripile sau pe baza cateterului pentru siguranță îmbunătățită, pentru a fixa tubulatura sau pentru a stabiliza lumenurile cateterului. Îndepărtați suportul (1) de pe pansament.
2. Îndepărtați hârtia de protecție (2) în direcția indicată în diagramă. Centrați pansamentul pe locul de introducere a cateterului.
3. Așezați pansamentul pe baza cateterului și lipiți pansamentul de pielea pacientului, asigurând încrețirea minimă a produsului. Îndepărtați hârtia protectoare rămasă (3).
4. Îndepărtați suportul transparent imprimat (4) ridicând clema neadezivă de la capătul pansamentului și trăgând în diagonală până când suportul este îndepărtat.
5. Modelați pelicula în jurul cateterului pentru a finaliza aplicarea pansamentului.
6. În conformitate cu protocoalele clinice locale, informațiile pot fi înregistrate cu un pix pe eticheta documentației înainte de a fi scoasă din suport (1) și de a fi plasată în notițele pacientului, pe piele sau pe pansament (fără a obstrucționa vizualizarea locului de introducere a cateterului).
7. Dacă utilizați mai multe pansamente, nu permiteți ca pansamentele să se suprapună.

Îndepărtare
Pansamentul poate fi folosit până la 7 zile. Îndepărtați pansamentul prin slăbirea peliculei și întinderea pansamentului paralel cu pielea pacientului, în timp ce stabilizați pielea pacientului și cateterul cu cealaltă mână. Eliminați conform protocolului clinic local.

Contraindicații
Benzile de fixare și eticheta de documentare nu sunt indicate ca înlocuitor al suturilor sau al altor metode primare de închidere a rănilor.

Precauții
Utilizați numai pe pielea uscată și pregătită. Nu stivuiți pansamentele sau nu lăsați pansamentele să se suprapună. Monitorizați periodic pansamentul și locul aplicării cateterului pentru a confirma fixarea sigură și continuarea perfuziei corecte, în special după baie, duș sau dacă pansamentul și locul de perfuzie se udă. Dacă pansamentul se desprinde, evaluați pentru a asigura amplasarea corectă a cateterului, apoi aplicați un pansament nou. Ca în cazul oricărui produs aderor, aplicați și îndepărtați cu grijă de pe pielea sensibilă sau fragilă. În caz de înroșire sau sensibilizare, întrerupeți utilizarea. Pansamentele IV3000 sunt un produs de unică folosință și nu trebuie refolosite. Poate apărea contaminarea încrucișată, iar terapia poate fi ineficientă.

Pansamentele sunt destinate utilizării numai de către profesioniști din domeniul sănătății.

Dacă în timpul utilizării acestui dispozitiv considerați că a avut loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității dumneavoastră competente.
complaints@smith-nephew.com

SK

IV3000°

Transparentné krytie katétrov

Opis
Krytia IV3000° sú transparentné filmové krytia reagujúce na vlhkosť a sú špeciálne navrhnuté na splnenie požiadaviek fixácie katétrov a ochrany miesta infúzie.

Spôsob činnosti
Krytia IV3000 sú vyrobené z filmu REACTIC° s unikátnou štruktúrou, ktorý je priedušný a má vysokú priepustnosť vodných pár (MVTR). Tento film je vodoodolný a poskytuje baktériálnu a vírálnu bariéru. Zatiaľ čo krytie ostáva neporušené, pomáha chrániť miesto infúzie pred vonkajšou kontamináciou. Tieto vlastnosti zaisťujú suchšie miesta katétra a minimalizujú riziko macerácie a kolonizácie pokožky, čo pomáha minimalizovať riziko infekcií súvisiacich s katétrom. Aplikuje sa ľahko, aseptický a minimalizuje bolesť pri odstraňovaní. Krytia IV3000 sú potiahnuté nedráždivým a nesenzibilizujúcim lepidlom. Sterilné upevňovacie pružky na lekárske účely a dokumentačný štítok sú tiež dodávané s krytiami.

Indikácie
Sú vhodné na upevnenie katétrov bez portu.

Návod na použitie
Očistite a dôkladne vysušte miesto aplikácie podľa bežných postupov.
1. Odstráňte upevňovacie pružky z nosného papiera s potlačou (1) a aplikujte podľa pokynov. Zaistite, aby pružky nezakrývali miesto zavedenia. Pružky môžu byť použité na krídelkách katétra alebo jeho rozdvojkách na zlepšenie upevnenia, na upevnenie hadičiek alebo na stabilizáciu lumenov katétra. Odstráňte nosič (1) z krytia.
2. Odstráňte ochranný papier (2) v smere naznačenom na diagrame. Umiest

(FR)

IV3000°

Pansement pour fixation de cathéter réactif à l'humidité

Description
Les pansements IV3000° sont des pansements film transparents sensibles à l'humidité spécifiquement conçu pour répondre aux besoins en matière de fixation de cathéter et de protection des sites IV.

Mode d'action
Les pansements IV3000 se composent d'un film REACTIC™ exclusif qui laisse respirer la peau et se caractérise par une haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR). Ce film est imperméable à l'eau et constitue une barrière aux bactéries et aux virus et, tant qu'il est intact, il protège le site IV contre toute contamination extérieure. Ces propriétés permettent au site d'insertion du cathéter d'être plus sec, évitent la macération et diminuent la colonisation de la peau, réduisant ainsi le risque d'infection lié au cathétérisme. De plus, il peut être appliqué facilement et de manière aseptique, et réduit la sensation de douleur au retrait. Les pansements IV3000 sont recouverts d'un adhésif non irritant et non sensibilisant. Des bandes de fixation stériles pour usage médical et une étiquette de documentation sont aussi fournies avec les pansements.

Indications
Convient pour la fixation de cathéters sans orifice.

Mode d'emploi
Nettoyer et sécher minutieusement la zone d'application conformément aux procédures normales.
1. Oter les bandes de fixation du support (1) et les appliquer en veillant à ne pas recouvrir le point de ponction. Les bandelettes peuvent être utilisées sur les ailettes ou la partie centrale du cathéter pour améliorer la fixation, ainsi que pour fixer la tubulure et stabiliser les lumières du cathéter. Oter le film protecteur (1) du pansement.
2. Retirer le papier protecteur (2) dans le sens indiqué sur le schéma. Centrer le pansement sur le site d'insertion du cathéter.
3. Placer le pansement sur la raccord du cathéter, puis coller le pansement sur la peau du patient, en s'assurant qu'il y a un minimum de plis sur le produit. Enlever le papier protecteur restant (3).
4. Retirer le support transparent imprimé (4) en soulevant la languette non adhésive à l'extrémité du pansement et en tirant en diagonale jusqu'à ce que le support soit entièrement retiré.
5. Terminer l'application en lissant le film afin qu'il moule parfaitement de cathéter.
6. Conformément aux protocoles cliniques locaux, des informations peuvent être notées sur le site sur l'étiquette de documentation avant d'enlever le support (1) ; celle-ci peut être placée dans les notes du patient, sur la peau ou bien sur le pansement (sans dissimuler le site d'insertion du cathéter).
7. Si plusieurs pansements doivent être utilisés, éviter qu'ils ne se chevauchent.

Retrait
Le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours. Retirer le pansement en le détachant et en l'étirant parallèlement à la peau du patient tout en gardant la peau et le cathéter maintenus avec l'autre main. Éliminer conformément au protocole clinique local.

Contre-indications
Les bandes de fixation et l'étiquette de documentation ne sont pas indiquées pour remplacer les sutures ou d'autres méthodes de fermeture primaire des plaies.

Précautions d'emploi
Utiliser seulement sur peau sèche et préparée. Ne pas empiler ou superposer les pansements. Surveiller régulièrement le pansement et le cathéter pour vérifier leur fixation et contrôler le site de perfusion, en particulier si le patient a un bain ou une douche, ou encore si le pansement et le site de cathétérisme paraissent humides. Si le pansement se détache, vérifier le positionnement du cathéter, puis poser un nouveau pansement. Comme pour tous les produits adhésifs, appliquer et retirer délicatement pour les peaux sensibles ou fragilisées. En présence de rougeurs ou de sensibilité, arrêter l'utilisation. Les pansements IV3000 sont des produits à usage unique et ne doivent pas être réutilisés. Une contamination croisée peut se produire et le traitement pourrait être inefficace.

Les pansements sont destinés aux professionnels de santé uniquement.

Si selon vous, lors de l'utilisation du dispositif, un incident grave est survenu, le signaler au fabricant et à l'autorité compétente.
complaints@smith-nephew.com

Produittypes

Code	Taille	Indication	Disponibilité	Avec orifice
4007	6 cm x 7 cm	Cathéters périphériques	Carton de 100	Non
4008	10 cm x 12 cm	Cathéters centraux	Carton de 50	Non
66004005	10 cm x 12 cm	Cathéters centraux	Carton de 10	Non

Autres produits IV3000 disponibles

Code	Taille	Indication	Disponibilité	Avec orifice
66004011	5 cm x 6 cm	Cathéters périphériques	Carton de 100	Oui
4006	7 cm x 9 cm	Cathéters périphériques	Carton de 100	Oui
66004009	9 cm x 12 cm	Cathéters périphériques et centraux	Carton de 50	Oui
66800512	11 cm x 14 cm	Cathéters centraux d'insertion périphérique	Carton de 25	Oui

®Marques de commerce de Smith & Nephew. Date de publication 10/2022. Révision 01. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains. www.smith-nephew.com/patents

(DE)

IV3000°

Feuchtigkeitsempfindlicher Kanülen- und Katheterverband

Beschreibung
IV3000° ist ein transparenter Folienverband, der auf Feuchtigkeit reagiert und für die spezifischen Bedürfnisse bei der Katheterfixierung und dem Schutz von Infusionsstellen entwickelt wurde.

Wirkungsweise
IV3000 wird aus einer einzigartigen REACTIC™-Folie, hergestellt, die atmungsaktiv ist und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (MVTR) aufweist. Die Folie ist wasserfest und stellt eine Barriere gegen Bakterien und Viren dar. Solange der Verband intakt bleibt, hilft er, die Infusionsstelle vor Verunreinigungen von außen zu schützen. Diese Eigenschaften führen zu einer trockeneren Umgebung um die Punktionsstelle. Die Folgen sind eine niedrigere Hautkeimbesiedelung, wodurch das Risiko einer katheterbedingten Infektion deutlich gesenkt wird, sowie eine geringere Rate von Hautmazerationen. Der Verband lässt sich einfach und sicher applizieren und schmerzarm entfernen. Der IV3000 Verband ist mit einem nicht reizenden, nicht sensibilisierenden Klebstoff beschichtet. Zusätzlich werden sterile medizinische Fixierstreifen sowie ein Dokumentations-Etikett mit den Verbänden geliefert.

Indikationen
Zur Fixierung von Kathetern ohne Zuspritzport geeignet.

Gebrauchsanweisung
Applikationsbereich entsprechend der üblichen Verfahrensweisen reinigen und gründlich trocknen.
1. Fixierstreifen vom bedruckten Trägerpapier (1) abziehen und nach Bedarf anlegen. Dabei darauf achten, dass die Streifen die Kathetereintrittsstelle nicht bedecken. Die Streifen können zur Sicherung der Katheterflügel oder des Verbindungsstücks sowie zur Befestigung des Schlauchs oder zur Stabilisierung der Katheter-Lumina verwendet werden. Trägerfolie (1) vom Verband abziehen.
2. Schutzpapier (2) in der im Schaubild dargestellten Richtung abziehen. Verband mittig über der Katheterpunktionsstelle platzieren.
3. Verband auf allen Seiten fest anlegen und auf die Haut des Patienten kleben, dabei minimale Zerknitterung des Produkts sicherstellen. Restliches Schutzpapier (3) abziehen.
4. Bedruckte transparente Trägerfolie (4) durch Anheben des nichtklebenden Randes am Ende des Verbands und durch Ziehen in diagonaler Richtung abziehen, bis die Trägerfolie entfernt ist.
5. Zum Abschluss der Verbandsanlage die Folie um den Katheter herum festdrücken.
6. Gemäß örtlicher klinischer Protokolle können Einzelheiten mit einem Kugelschreiber auf dem Beschriftungsfeld festgehalten werden, bevor dieses von der Trägerfolie (1) abgezogen und in der Patientenakte, auf der Haut oder auf dem Verband angebracht wird lohne die Sicht auf die Katheterpunktionsstelle zu verdecken).
7. Bei der Verwendung mehrerer Verbände diese nicht überlappen lassen.

Entfernung
Der Verband kann bis zu 7 Tage verwendet werden. Entfernen Sie den Folienverband, indem Sie eine Ecke lösen und ihn dann parallel zur Haut des Patienten überdehnen. Dabei sollte der Katheter/Kanüle mit der anderen Hand stabilisiert werden. Entsorgen Sie den Verband gemäß den örtlichen Klinikprotokollen.

Kontraindikationen
Die Befestigungsstreifen und das Dokumentationsetikett eignen sich nicht als Ersatz für Wundverschlussstreifen oder andere Methoden des primären Wundverschlusses.

Vorsichtsmaßnahmen
Nur auf vorbereiteter trockener Haut anwenden. Verbände nicht überlappend anlegen. In regelmäßigen Abständen, insbesondere nach dem Baden, Duschen oder wenn der Verband und die Punktionsstelle mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, den Verband und die Punktionsstelle kontrollieren, um eine sichere Fixierung und eine kontinuierliche einwandfreie Infusion sicherzustellen. Falls sich der Verband löst, den korrekten Sitz des Katheters durch Anlegen eines anschließend einen neuen Verband anlegen. Wie bei allen mit Kleber versehenen Produkten muss das Pflaster bei empfindlicher Haut mit besonderer Vorsicht angelegt und entfernt werden. Bei Rötung oder Sensibilisierung ist der Gebrauch einzustellen. IV3000 Verbände sind Produkte für den Einmalgebrauch und dürfen nicht wiederverwendet werden. Kreuzkontaminationen können auftreten und die Therapie kann dann beeinträchtigt sein.

Verbände sind nur für den Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Wenn Sie glauben, dass während der Verwendung dieses Geräts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer zuständigen Behörde.
complaints@smith-nephew.com

Produktverfügbarkeit

Code	Größe	Indikation	Verfügbarkeit	Geschlitzt
4007	6 cm x 7 cm	Periphere Katheter	Karton mit 100 Stck	Nein
4008	10 cm x 12 cm	Zentrale Katheter	Karton mit 50 Stck.	Nein
66004005	10 cm x 12 cm	Zentrale Katheter	Karton mit 10 Stck.	Nein

Sonstige erhältliche IV3000-Produkte

Code	Größe	Indikation	Verfügbarkeit	Geschlitzt
66004011	5 cm x 6 cm	Periphere Katheter	Karton mit 100 Stck	Ja
4006	7 cm x 9 cm	Periphere Katheter	Karton mit 100 Stck.	Ja
66004009	9 cm x 12 cm	Periphere und zentrale Katheter	Karton mit 50 Stck.	Ja
66800512	11 cm x 14 cm	Zentrale Katheter zur peripheren Einführung	Karton mit 25 Stck.	Ja

®Marken von Smith & Nephew. Ausgabedatum 10/2022. Änderung 01. Dieses Produkt unterliegt eventuell einem oder mehreren US-Patenten. www.smith-nephew.com/patents

(ES)

IV3000°

Apósito para catéter reactivo a la humedad

Descripción
IV3000° son apósitos con un film transparente sensible a la humedad, específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de fijación del catéter y proteger la zona de punción.

Modo de acción
Los apósitos IV3000 están fabricados con un film REACTIC® de diseño único, que es altamente transpirable y con una alta permeabilidad al vapor de agua (MVTR). El film es impermeable al agua y proporciona una barrera frente a bacterias y virus. Ayuda a proteger la zona de punción de la contaminación externa mientras el apósito permanece intacto. Estas propiedades permiten que las zonas de punción permanezcan más secas, lo que minimiza el riesgo de maceración y colonización de la piel, y ayuda a minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con el catéter. Asimismo, se puede aplicar de forma sencilla y aséptica, y minimiza el dolor al retirarlo. Los apósitos IV3000 están recubiertos con un adhesivo no irritante y no sensibilizante. Los apósitos también incluyen tiras de fijación estériles de calidad médica y una etiqueta de recogida de datos.

Indicaciones
Indicados para fijar catéteres sin puerto.

Instrucciones de uso
Limpiar y secar completamente la zona de aplicación conforme a los procedimientos normales.
1. Retirar las tiras de fijación del protector impreso (1) y aplicarlas según sea necesario, comprobando que las tiras no cubran la zona de inserción. Para mayor seguridad, las tiras pueden utilizarse sobre las lengüetas o contra el catéter para fijar el tubo y estabilizar las luces del catéter. Retirar el protector (1) del apósito.
2. Retirar el protector (2) siguiendo la dirección indicada en el diagrama. Centrar el apósito sobre la zona de inserción del catéter.
3. Colocar el apósito sobre el centro del catéter y adherir el apósito sobre la piel del paciente asegurando que el apósito se fija sin formar arrugar. Retirar el protector restante (3).
4. Retirar el protector transparente impreso (4) levantando la parte no adhesiva en el extremo del apósito y estirando diagonalmente hasta retirar el portador.
5. Moldear el film alrededor del catéter para completar la aplicación del apósito.
6. Según los protocolos clínicos locales, la información puede registrarse utilizando un bolígrafo en la etiqueta de recogida de datos antes de retirarla del soporte (1) y colocarla en el expediente del paciente, en la piel o en el mismo apósito (sin cubrir la zona de inserción del catéter).
7. Cuando se utilice más de un apósito, evitar que se solapen.

Retirada
El apósito puede utilizarse durante un máximo de 7 días. Retirar el apósito despegando el film y estirando el apósito paralelo a la piel del paciente mientras estabiliza la piel del paciente y el catéter con la otra mano. Desechar el apósito de acuerdo con los protocolos clínicos locales.

Contraindicaciones
Las tiras de fijación y la etiqueta de recogida de datos no están indicadas para sustituir las suturas u otros métodos primarios de cierre de heridas.

Precauciones
Usar sobre piel seca solamente. No apilar los apósitos uno encima de otro ni dejar que se solapen. Supervisar periódicamente el apósito y la zona de punción para confirmar que el apósito está fijado correctamente y se produce una infusión continua adecuada, especialmente después del baño, ducha o si el apósito o la zona de punción se mojan. Si el apósito se despega, comprobar que el catéter está correctamente colocado y aplicar un apósito nuevo. Al igual que con todos los productos adhesivos, aplicar y retirar con cuidado de la piel sensible o frágil. Si se observa enrojecimiento o sensibilidad en la piel, interrumpir el uso. Los apósitos IV3000 son productos de un solo uso y no deben reutilizarse. Puede producirse contaminación cruzada y el tratamiento puede resultar ineficaz.

Los apósitos están pensados para que los utilicen únicamente profesionales sanitarios.

Si cuando utiliza este producto cree que se ha producido un incidente grave, notifíquelo al fabricante y a su autoridad competente.
complaints@smith-nephew.com

Disponibilidad del producto

Código	Tamaño	Indicación	Disponibilidad	Puerto
4007	6 cm x 7 cm	Catéteres periféricos	Caja de 100 unidades	No
4008	10 cm x 12 cm	Catéteres centrales	Caja de 50 unidades	No
66004005	10 cm x 12 cm	Catéteres centrales	Caja de 10 unidades	No

Otros productos IV3000 disponibles

Código	Tamaño	Indicación	Disponibilidad	Puerto
66004011	5 cm x 6 cm	Catéteres periféricos	Caja de 100 unidades	Sí
4006	7 cm x 9 cm	Catéteres periféricos	Caja de 100 unidades	Sí
66004009	9 cm x 12 cm	Catéteres periféricos y centrales	Caja de 50 unidades	Sí
66800512	11 cm x 14 cm	Catéteres centrales de inserción periférica	Caja de 25 unidades	Sí

®Marcas comerciales de Smith & Nephew. Fecha de publicación 10/2022. Revisión 01. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses. www.smith-nephew.com/patents

(PT)

IV3000°

Penso para cateter reativo à humidade

Descrição
Os pensos IV3000° são pensos adesivos transparentes e transpiráveis concebidos especialmente para satisfazer as necessidades da fixação do cateter e da local de inserção IV.

Modo de ação
Os pensos IV3000 são fabricados de uma película REACTIC™ original, que é respirável e com alta taxa de transmissão de humidade (MVTR). A película é impermeável e fornece uma barreira a bactérias e vírus. Enquanto o penso permanecer intacto, ajudará a proteger os locais de acesso IV de contaminação exterior. Estas propriedades resultam em locais de inserção de cateteres mais secos, com menor probabilidade de ocorrer maceração e colonização da pele, reduzindo assim o risco de infeção relacionada com o cateter. Além disso, pode ser colocado facilmente, em condições assépticas e minimiza a dor na altura da remoção. O penso IV3000 está revestido com um adesivo não sensibilizador, não irritante. Tiras de fixação estéreis de grau médico e um rótulo de documentação são também fornecidos com os pensos.

Indicações
Adequado para a fixação de cateteres sem porta

Instruções de utilização
Limpe e seque muito bem a zona de aplicação de acordo com os procedimentos normais.
1. Retire as tiras de fixação do papel de suporte impresso (1) e coloque conforme necessário, certificando-se de que as tiras não cobrem o local de inserção. As tiras podem ser utilizadas sobre as asas ou sobre o conetor do cateter para aumentar a segurança da fixação, para prender os tubos ou para estabilizar o lúmen dos cateteres. Remova o suporte (1) do penso.
2. Remova o papel protetor (2) na direção indicada no diagrama. Centre o penso sobre o local de inserção do cateter.
3. Coloque o penso sobre o conetor do cateter e faça-o aderir à pele do doente assegurando o mínimo vinco do produto. Remova o papel protetor restante (3).
4. Remova o suporte impresso transparente (4) levantando a parte não adesiva situada na extremidade do penso e puxando na diagonal até o suporte estar removido.
5. Moldar a película à volta do cateter para completar a aplicação do penso.
6. Em conformidade com os protocolos clínicos locais, a informação pode ser registada no rótulo de documentação com uma esferográfica antes de o remover do suporte (1) e ser colocado nas notas do doente, na pele ou no penso (sem impedir a visualização do local do cateter).
7. Se utilizar mais do que um penso, não deixe que os pensos se sobreponham.

Remoção
O penso pode ser usado até 7 dias. Remova o penso adesivo, soltando os apoios cor-de-laranja e esticando o penso adesivo, paralelamente à pele do doente, ao mesmo tempo que estabiliza a pele e o cateter com a outra mão. Elimine de acordo com o protocolo clínico local.

Contraindicações
As tiras de fixação e o rótulo de documentação não são indicadas como substituto de fios de sutura ou outros métodos primários para encerramento de feridas.

Precauções
Utilize apenas sobre a pele seca e preparada. Não coloque pensos uns sobre os outros nem os sobreponha. Monitorize regularmente o penso e o local do cateter para confirmar a fixação firme e a perfusão adequada contínua, especialmente após o banho ou chuveiro, ou se o penso ou local do cateter ficarem molhados. Se o penso se descolar, avalie para se certificar do posicionamento correto do cateter e aplique coloque um novo penso. Como com todos os produtos adesivos, aplique e remova cuidadosamente de uma pele frágil ou sensível. Se ocorrer vermelhidão ou sensibilização, interrompa a utilização. O penso IV3000 é um produto de utilização única e não deve ser reutilizada. Pode ocorrer contaminação cruzada e a terapia pode ser ineficaz.

Os pensos destinam-se a ser utilizados apenas por profissionais de saúde.

Se, durante a utilização deste dispositivo, acredita que ocorreu um incidente grave, comunique-o ao fabricante e à sua autoridade competente.
complaints@smith-nephew.com

Disponibilidade do Produto

Código	Tamanho	Indicação	Disponibilidade	Com porta
4007	6 cm x 7 cm	Cateteres periféricos	Caixa de 100	Não
4008	10 cm x 12 cm	Cateteres centrais	Caixa de 50	Não
66004005	10 cm x 12 cm	Cateteres centrais	Caixa de 10	Não

Outros produtos IV3000 disponíveis

Código	Tamanho	Indicação	Disponibilidade	Com porta
66004011	5 cm x 6 cm	Cateteres periféricos	Caixa de 100	Sim
4006	7 cm x 9 cm	Cateteres periféricos	Caixa de 100	Sim
66004009	9 cm x 12 cm	Cateteres periféricos e centrais	Caixa de 50	Sim
66800512	11 cm x 14 cm	Cateteres centrais com inserção periférica	Caixa de 25	Sim

®Marcas comerciais da Smith & Nephew. Data de publicação 10/2022. Revisão 01. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes norte-americanas. www.smith-nephew.com/patents

(IT)

IV3000°

Medicazione trasparente idroreattiva per fissaggio cateteri

Descrizione
IV3000° è una medicazione per cateteree idroreattiva in film ideata per rispondere in modo specifico ai requisiti di fissaggio dei cateteri e alla protezione dei siti di inserzione.

Meccanismo di azione
IV3000 è costituito da un film, denominato REACTIC™, unico perché traspirante e con alto tasso di trasmissione del vapore dell'umidità (MVTR). La pellicola è resistente all'acqua e impermeabile ai liquidi e ai batteri. Finché la medicazione rimane intatta, protegge il sito di inserzione dalla contaminazione esterna. Grazie a queste proprietà il sito di inserzione si mantiene più asciutto, si riduce il rischio di macerazione cutanea e la colonizzazione della cute, riducendo di conseguenza il rischio di infezioni correlate al catetere. Inoltre la medicazione può essere applicata con facilità e in condizioni di asepsi e la rimozione è meno dolorosa. IV3000 è ricoperto di un adesivo non irritante e non sensibilizzante. Insieme alle medicazioni vengono fornite strisce di fissaggio sterili per uso sanitario e un'etichetta raccoglidati.

Indicazioni
Idonea per il fissaggio di cateteri senza port.

Istruzioni per l'uso
Pulire e asciugare attentamente la parte d'applicazione secondo la procedura consueta.
1. Rimuovere le strisce di fissaggio dalla carta stampata del supporto (1) e applicarle secondo necessità, accertandosi che non coprano la sede di inserzione del catetere. Le strisce si possono utilizzare sulle alette o per connettore del catetere per migliorare la sicurezza, per fissare i tubicini o per stabilizzare i lumi dei cateteri. Rimuovere il supporto (1) dalla medicazione.
2. Rimuovere il foglio protettivo di carta (2) nella direzione indicata nello schema. Centrare la medicazione sopra il sito di inserzione.
3. Sistemare la medicazione sul centro del catetere e far aderire la medicazione alla cute del paziente evitando il più possibile increspature nel prodotto. Rimuovere il foglio rimanente (3).
4. Rimuovere il supporto trasparente stampato (4) sollevando il bordo non adesivo all'estremità della medicazione e tirando in diagonale fino a rimuoverlo.
5. Sagomare il film attorno al catetere per completare l'applicazione della medicazione.
6. In conformità ai protocolli clinici locali, è possibile annotare i dati con una penna a sfera sull'etichetta raccoglidati prima di rimuoverla dal supporto (1) e sistemarla nella cartella clinica del paziente, sulla cute o sulla medicazione (senza interferire con la visibilità della sede di inserzione del catetere).
7. Qualora si utilizzino più medicazioni, evitare di sovrapporle.

Rimozione
La medicazione può essere utilizzata per un massimo di 7 giorni. Rimuovere la medicazione afferrando il film e tirando in senso parallelo alla cute del paziente, stabilizzando la cute del paziente e il catetere con l'altra mano. Smaltire secondo i protocolli clinici locali.

Controindicazioni
Le strisce di fissaggio e l'etichetta raccoglidati non sono indicate in sostituzione di suture o di altri metodi primari di chiusura delle ferite.

Precauzioni
Applicare soltanto su cute asciutta e preparata. Non sovrapporre completamente o parzialmente più medicazioni. Effettuare un monitoraggio periodico della medicazione e della sede del catetere per verificare la stabilità del fissaggio e la costante erogazione dei liquidi infusi, in particolare dopo il bagno, la doccia o se la medicazione o il sito di inserzione del catetere si bagnano. Se la medicazione dovesse staccarsi, verificare la corretta posizione del catetere, poi applicare una nuova medicazione. Come per tutti i prodotti adesivi, applicare e rimuovere con attenzione dalla cute sensibile o fragile. In caso di arrossamento o sensibilizzazione, interrompere l'uso. Le medicazioni IV3000 sono prodotti monouso e non devono essere riutilizzate. Può verificarsi una contaminazione incrociata e la terapia potrebbe essere inefficace.

Le medicazioni sono destinate esclusivamente all'uso da parte di operatori sanitari.

Se durante l'utilizzo del dispositivo si ritiene che sia avvenuto un incidente grave, si prega di riferirlo al fabbricante e all'autorità competente di riferimento.
complaints@smith-nephew.com

Confezioni disponibili

Codice	Misura	Indicazione	Disponibilità	Ported
4007	6 cm x 7 cm	Cateteri periferici	Scatola da 100	No
4008	10 cm x 12 cm	Cateteri centrali	Scatola da 50	No
66004005	10 cm x 12 cm	Cateteri centrali	Scatola da 10	No

Altri prodotti IV3000 disponibili

Codice	Misura	Indicazione	Disponibilità	Ported
66004011	5 cm x 6 cm	Cateteri periferici	Scatola da 100	Sì
4006	7 cm x 9 cm	Cateteri periferici	Scatola da 100	Sì
66004009	9 cm x 12 cm	Cateteri periferici e centrali	Scatola da 50	Sì
66800512	11 cm x 14 cm	Cateteri centrali inseriti perifericamente	Scatola da 25	Sì

®Marchi commerciali di Smith & Nephew. Data di pubblicazione 10/2022. Revisione 01. Questo prodotto può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi. www.smith-nephew.com/patents

(NL)

IV3000°

Hoge waterdampdoorlaatbare infusfolie

Beschrijving
IV3000°-verbanden zijn waterdampdoorlaatbare transparante folieverbanden, die speciaal ontwikkeld zijn voor veilige fixatie van katheters en bescherming van de insteekopening.

Werking
IV3000-verbanden zijn gemaakt van een uniek ontworpen REACTIC™-folie, die ademend is en een hoge doorlaatbaarheid heeft voor waterdamp (MVTR). De folie is waterafstotend en vormt een barrière voor bacteriën en virussen. Zolang de folie op zijn plaats blijft, wordt de insteekopening beschermd tegen contaminatie van buitenaf. Door deze eigenschappen blijft de plek waar de katheter is geplaatst droger en treedt er minder maceratie en een lagere huidkolonisatie op, waardoor het risico op een kathetergerelateerde infectie afneemt. Verder kan het gemakkelijk en aseptisch aangebracht worden en is verwijderen minder pijnlijk. IV3000-verbanden worden bevestigd met een niet-irriterende, niet-sensibiliserende kleeflaag. Bovendien wordt de folie geleverd met steriele fixatiestrips van medische kwaliteit en een documentatielabel.

Indicaties
Geschikt voor de fixatie van katheters zonder poort.

Gebruiksaanwijzing
Reinig het gebied waar het verband wordt aangebracht en droog het daarna grondig volgens de normale procedures.
1. Verwijder de fixatiestrips van het bedrukte dragermateriaal (1) en plak deze zoals vereist op de juiste plaats. Zorg ervoor dat de strips de insteekopening niet bedekken. De strips kunnen worden gebruikt op de vleugeltjes of het aansluitstuk voor extra veiligheid, om de tubes te fixeren of om katheterlumina te stabiliseren. Verwijder de drager (1) van het verband.
2. Verwijder het beschermpapier (2) in de in het diagram aangegeven richting. Plaats de folie in het midden over de insteekopening van de katheter.
3. Plaats het over het katheteraansluitstuk en kleef de folie op de huid van de patiënt. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk rimpels in het product komen. Verwijder het resterende beschermpapier (3).
4. Verwijder de bedrukte transparante drager (4) door het niet-klevende gedeelte aan het uiteinde van de folie op te tillen en diagonaal weg te trekken tot de drager verwijderd is.
5. Druk tenslotte de folie aan rond de katheter. De folie is nu aangebracht.
6. In overeenstemming met lokale klinische protocollen kan informatie met een balpen worden genoteerd op het documentatielabel vóór verwijdering van de drager (1) en dit vervolgens in de patiëntenrotlitves plaatsen, op de huid of op de folie (zorg ervoor dat de katheterinsteekopening steeds zichtbaar blijft).
7. Indien u meer dan één folie gebruikt, zorg er dan voor dat deze elkaar niet overlappen.

Verwijderen
Het verband kan tot 7 dagen worden gebruikt. Verwijder de folie door deze los te maken en het parallel met de huid van de patiënt uit te rekken, terwijl u met de andere hand de huid van de patiënt en de katheter tegenhoudt. Voer af volgens het lokale klinische protocol.

Contra-indicaties
De fixatiestrips en het documentatielabel zijn niet geschikt als vervanging voor hechtingen of andere methoden voor het sluiten van wonden.

Voorzorgsmaatregelen
De huid eerst altijd prepareren en drogen. Er mogen niet meerdere folies boven elkaar worden aangebracht, en de folies mogen elkaar niet overlappen. Inspecteer de folie en de injectieplaats regelmatig om ervan te vergewissen dat de folie goed is aangehecht en dat het infuus naar behoren loopt, in het bijzonder na het baden, douchen of indien het verband en de injectieplaats nat worden. Indien de folie loskomt, controleer dan of de katheter nog steeds correct geplaatst is en breng vervolgens een nieuwe folie aan. Zoals met alle producten met een kleeflaag moet men extra voorzichtig zijn met het aanleggen en verwijderen van het verband bij een gevoelige of kwetsbare huid. Indien roodheid of sensibilisatie optreedt, stop dan met het gebruik. IV3000-verbanden zijn producten voor eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt. Er kan kruisbesmetting plaatsvinden en de therapie is mogelijk niet effectief.

Deze verbanden zijn uitsluitend voor gebruik door zorgverleners.

Als u van mening bent dat er tijdens gebruik van dit hulpmiddel een ernstig incident heeft plaatsgevonden, rapporteer dit dan bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten.
complaints@smith-nephew.com

Productvarianten

Varenr.	Størrelse	Indikation	Bestillingsenhed	Med port
4007	6 cm x 7 cm	Perifere katetre	Æske med 100 stk.	Nej
4008	10 cm x 12 cm	Centrale katetre	Æske med 50 stk.	Nej
66004005	10 cm x 12 cm	Centrale katetre	Æske med 10 stk.	Nej

Andere beschikbare IV3000-producten

Code	Afmeting	Indicatie	Beschikbaarheid	Gepoort
66004011	5 cm x 6 cm	Perifere katheters	Doos van 100	Nee
4006	7 cm x 9 cm	Perifere katheters	Doos van 50	Nee
66004009	9 cm x 12 cm	Perifere en centrale katheters	Doos van 50	Ja
66800512	11 cm x 14 cm	Perifere ingebrachte centrale katheters	Doos van 25	Ja

®Handelsmerken van Smith & Nephew. Datum van uitgifte 10/2022. Herziening 01. Dit product kan onder een of meer Amerikaanse (VS) octrooien vallen. www.smith-nephew.com/patents

(SE)

IV3000°

Kateterförband med högeffektiv fukthantering

Beskrivning
IV3000°-förband är fuktreagerande transparenta filmförband som är specifikt utformade att motsvara behoven av fixering av kanyl och skydd av insticksställe.

Användningssätt
IV3000-förband tillverkas från en unikt utformad REACTIC™-film som kan andas och har en hög genomsläpplighetsgrad för vattenånga (MVTR). Filmen är vattentät och ger en barriär mot bakterier och virus. Så länge förbandet är intakt, skyddar det insticksstället från kontaminering utifrån. Dessa egenskaper resulterar i torrare kanylställen, reducerad risk för hudmaceration och hudkolonisering, vilket minskar risken för kanylrelaterad infektion. Dessutom kan det appliceras enkelt och aseptiskt, och det gör mindre ont när det dras bort. IV3000-förband är belagda med ett icke retande, icke sensibiliserande lim. Sterila fästremsor av medicinsk kvalitet och en dokumentationsmärkning medföljer också förbanden.

Indikationer
Lämpligt för att fästa kanyler utan injektionsventil.

Bruksanvisning
Rengör och torka omsorgsfullt appliceringsområdet i överensstämmelse med normala tillvägagångssätt.
1. Avlägsna fästremsorna från det tryckta skyddspapperet (1) och applicera enligt behov. Se till att remsorna inte täcker insticksstället. Remsorna kan användas på kanylens vingar eller direkt på kanylen för att stabilisera kanylens lumen. Dra bort skyddspapperet (1) från förbandet.
2. Dra av skyddspapperet (2) i den riktning som anges i diagrammet. Sätt förbandet mitt över kanylens insticksställe.
3. Sätt förbandet på kanylfattningen och fäst förbandet på patientens hud. Se till att produkten veckas så lite som möjligt. Ta bort resterande av skyddspapperet (3).
4. Ta bort det tryckta transparenta skyddet (4) genom att lyfta den icke-vidhäftande fliken i änden av förbandet och dra diagonalt tills skyddet är borttaget.
5. Forma filmen runt kanylen för att slutföra förbandsapplikeringen.
6. I enlighet med lokala kliniska rutiner kan information antecknas med kulspetspenna på dokumentationsmärkningen innan skyddspapperet (1) dras bort och fästas i patientjournalen, på huden eller på förbandet (på så sätt att kanylens insticksställe inte skyms).
7. Om mer än ett förband används får förbanden inte överlappa.

Avlägsnande
Förbandet kan användas i upp till 7 dagar. Dra bort förbandet genom att lossa på filmen och sträcka förbandet parallellt med patientens hud och samtidigt hålla fast patientens hud och kanylen med den andra handen. Kassera enligt lokala kliniska rutiner.

Kontraindikationer
Fästremsorna och dokumentationsmärkningen är inte avsedda som ersättning för suturer eller andra primära sårslutningsmetoder.

Försiktighetsåtgärder
Använd endast på preparerad, torr hud. Lägg inte flera förband över varandra, och låt dem inte överlappa. Kontrollera då och då förbandet och fuktbarriären för säker fastsättning och för fortsatt riktig infusion. Detta är speciellt viktigt efter bad, duschning eller om förbandet och kanylstället har blötts ner. Om förbandet lossnar, kontrollera att kanylen sitter ordentligt och lägg sedan på ett nytt förband. Som alla självhäftande produkter ska förbandet appliceras och avlägsnas försiktigt om huden är känslig eller ömtålig. Avbryt användningen om det uppkommer rodnad eller sensibilisering. IV3000-förband är en produkt för engångsbruk och får inte återanvändas. Korskontaminering kan förekomma och behandlingen kan bli ineffektiv.

Förbanden är endast för användning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Om du tror att ett allvarligt tillbud har inträffat när denna enhet använts ska du rapportera det till tillverkaren och behörig myndighet.
complaints@smith-nephew.com

Produkttillgänglighet

Kod	Storlek	Indikation	Tillgänglighet	Med injektionsventil
4007	6 cm x 7 cm	Perifera kanyler	Kartong med 100	Nej
4008	10 cm x 12 cm	Centrala venkatetrar	Kartong med 50	Nej
66004005	10 cm x 12 cm	Centrala venkatetrar	Kartong med 10	Nej

Övriga tillgängliga IV3000-produkter

Kod	Storlek	Indikation	Tillgänglighet	Med injektionsventil
66004011	5 cm x 6 cm	Perifera kanyler	Kartong med 100	Ja
4006	7 cm x 9 cm	Perifera kanyler	Kartong med 100	Ja
66004009	9 cm x 12 cm	Perifera kanyler och centrala venkatetrar	Kartong med 50	Ja
66800512	11 cm x 14 cm	Perifert inlagda centrala venkatetrar	Kartong med 25	Ja

®Varumärken som tillhör Smith & Nephew. Datum för utfärdandet 10/2022. Revidering 01. Denna produkt omfattas eventuellt av ett eller flera patent i USA. www.smith-nephew.com/patents

(BG)

IV3000°

Превръзка за катетър, влагочувствителна

Описание
Превръзките IV3000° са влагочувствителни с прозрачен филм, специално проектирани да за отговорят на нуждите от фиксиране на катетрите и защита на IV мястото.

Начин на действие
Превръзките IV3000 са направени от уникалния проектиран дишащ филм с висока паропропускливост (MVTR) REACTIC®. Филмът е водоустойчив и осигурява бактериална и вирусна бариера. Докато превръзката остава непокътната, тя помага да се предпази IV мястото от външно замърсяване. Тези свойства водят до по-сухи места на приложение на катетъра, свеждайки до минимум рязка от кожна мацерация и колонизация на кожата, като по този начин спомагат за минимизиране на риска от инфекция свързана с катетъра. Освен това може да се приложи лесно и асептично, като свежда до минимум болката при от